

Број: 020-1685/8

Датум: 24.11.2016. године

**Додатне информације/појашњења број 1  
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара - Дигитални микроскоп,  
редни број набавке: ЈНМВ 37/16**

Наручилац је дана 22.11.2016. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку добара – Дигитални микроскоп, редни број набавке: ЈНМВ 37/16, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:

ПИТАЊЕ: Према Вашем позиву за ЈНМВ 37/16 – Дигитални микроскоп, молимо Вас да нам одговорите на следећа питања:

1. Да ли је прихватљиво понудити микроскоп са план ахроматским објективима уместо семиплан ахроматских?
2. Да ли је прихватљиво понудити микроскоп са ахроматским објективима уместо семиплан ахроматских?
3. У техничкој спецификацији тражено је да величина радног стола износи 132x142 mm. Да ли је прихватљиво понудити микроскоп са сточићем димензија 135x125 mm?
4. Да ли је прихватљиво понудити микроскоп са сточићем већих димензија од тражених 132x142 mm (нпр. 156x138 mm, 180x150 mm, 193x155 mm)?

ОДГОВОРИ:

1. Прихватљиво је понудити микроскоп са план ахроматским објективима уместо семиплан ахроматских.
2. Није прихватљиво понудити микроскоп са ахроматским објективима уместо семиплан ахроматских због рефлексије, а имајући у виду узорке на којима радимо (танки керамички филмови).
3. Прихватљиво је понудити микроскоп са сточићем димензија 135x125 mm.
4. Прихватљиво је понудити микроскоп са сточићем већих димензија од тражених 132x142 mm (нпр. 156x138 mm, 180x150 mm, 193x155 mm).

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Чланови комисије за јавну набавку