

Број: 020-30-23/8

Датум: 12.06.2017. године

Додатне информације/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – Аутоклав за стерилизацију воденом паром, редни број набавке: ЈНМВ 22/17

Наручилац је дана 08.06.2017. године и 09.06.2017. године од заинтересованих лица, путем е-маила, примио Захтеве за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку добара – Аутоклав за стерилизацију воденом паром, редни број набавке: ЈНМВ 22/17, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:

Питање 1: Тражене су две затворене канте за стерилизацију од нерђајућег челика, оригиналне, димензија (ØxВ) 38±5cm x 26±5cm. Да ли се мисли на неперфорирани канте тражених димензија?

Питање 2: На страни 3/36 конкурсне документације, у делу 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА захтеван је: Аутоклав за стерилизацију воденом паром под притиском следећих карактеристика:
Намена: за стерилизацију биолошког материјала, лабораторијског прибора и делова процесне опреме. Како је предмет јавне набавке аутоклав за стерилизацију воденом паром под притиском који би се користио за стерилизацију биолошког материјала, лабораторијског прибора и делова процесне опреме, да ли је у понуду потребно укључити флексибилни температурни сензор који се зарони у сам узорак или референтну посуду и води процес стерилизације истог, како би се елиминисала могућност одсуства/непостојања стерилизације услед могуће разлике између температуре узорка и температуре у комори?

Питање 3: На страни 3/36 конкурсне документације, у делу 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА захтевано је добро следећих карактеристика:

- димензије коморе (ØxВ): 40±5x80±5cm

- спољашње димензије (ШxДxВ) 640±10cm x 730±10cm x 1340±10cm.

Да ли је прихватљиво понудити аутоклав унутрашњих димензија коморе (ØxВ): 400 x 750 mm и спољашњих димензија (ШxДxВ) 550 x 780 x 1080 mm који је оперативно практичнији за корисника због далеко ергономичнијих спољашњих димензија(висине)?

Питање 4: На страни 5/36 и 6/36 конкурсне документације, у делу 4.2. **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**, као услов пословног капацитета под тачком 2. сте навели: *да је понуђач у периоду од 04.06.2014. године до 04.06.2017. године испоручио најмање три аутоклава произвођача добра које нуди.*

Како се додатни услов да је понуђач у периоду од 04.06.2014. године до 04.06.2017. године испоручио најмање три аутоклава произвођача добра које нуди, доказује достављањем Потврде о испорученим добрима, да ли се уз референтну потврду (а имајући у виду законске регулативе и законске обавезе увозника-испоручиоца и произвођача опреме, везано за судове под притиском и електричну опрему) доставља и доказ о усаглашености и усклађености испоручених, референтних аутоклава са свим важећим предметним правилницима и регулативама на територији Републике Србије?

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 12.06.2017. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор 1: Да, мисли се на неперфориране канте тражених димензија.

Одговор 2: У понуду није потребно укључити флексибилни температурни сензор.

Одговор 3: Прихватљиво је понудити аутоклав димензија као што је наведено у делу 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА Конкурсне документације.

Одговор 4: Комисија је мишљења да су увозници, испоручиоци и произвођачи опреме савесни и да поштују своје законске обавезе. Наведени услов се доказује достављањем само захтеване Потврде.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку