

Број: 020-30-37/9

Датум: 22.11.2017. године

Додатне информације/појашњења број 2
у поступку јавне набавке добара – Ручни фрижидер/замрзивач за узорковање на терену
редни број набавке: ЈНМВ 37/17

Наручилац је дана 21.11.2017. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтеве за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку добара Ручни фрижидер/замрзивач за узорковање на терену, редни број набавке: ЈНМВ 37/17, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:

Питање: У одговору на питање у вези са запремином фрижидера сте навели два параметра: Запремина фрижидера од 11 до 13 литара и минималне унутрашње димензије: 54x24x36cm. Прерачуном димензија које сте навели као минималне, долазимо до запремине фрижидера од 46 литара, односно информацију која је контрадикторна информацији коју сте навели а тиче се запремине 11 до 13 литара. Молим Вас да поново дефинишете одговор. Такође Вас молимо за информацију о томе да ли је прихватљиво да дебљина термоизолованих зидова буде већа од 35cm, као и да ли је прихватљиво да фрижидер садржи интегрисани исправљач напона са 220V наизменичне струје.

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 22.11.2017. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор: Захтевана запремина је 11-13 литара. Унутрашње димензије не мање од 15x28x28cm (ШХДХВ). Прихватљиво је да дебљина термоизолованих зидова буде већа од 35mm. Прихватљиво је да фрижидер садржи интегрисани исправљач напона са 220V наизменичне струје. Напомињемо да је неопходно да уређај садржи и кабл са конектором који омогућује пуњење и одржавање постигнуте температуре у аутомобилу.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Чланови комисије за јавну набавку:

Име и презиме	Потпис
проф. др Сениша Марков, члан комисије	
Немања Мартиновић, члан комисије	
Ивана Трифуновић Торовић, члан комисије	