

Број: 020-30-13/9

Датум: 12.03.2018. године

**Додатне информације/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – Потрошни материјал за
лабораторије редни број набавке: ОППМЛ 13/18**

Наручилац је дана 08.03.2018. године од заинтересованих лица, путем е-маила, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку добара – Потрошни материјал за лабораторије, редни број набавке: ОППМЛ 13/18, у оквиру којих су тражена појашњења.

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 12.03.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1:

Molimo Vas za dodatne informacije za dole navedene stavke:

Partija 2

Stavka 9 – u opisu artikla je data količina od 20kom a u koloni “količina” 1kom, koju cenu treba upisati za 1 kom ili za 20kom?

Stavka br.17 – Da li je prihvatljivo ponuditi levak po Buchneru prečnika 67mm?

Stavka br.18 – Da li je prihvatljivo ponuditi levak po Buchneru prečnika 125mm?

Stavka br.19 – Da li je prihvatljivo ponuditi levak po Buchneru prečnika 51mm?

Stavka br.27 – Da li je prihvatljivo ponuditi bocu kapalicu od 60ml?

Stavka br.57 – Da li je prihvatljivo ponuditi čašu nf 10ml?

Stavka br.77 – Da li je prihvatljivo ponuditi ekstraktor od 100ml ili 250ml sa traženim šlifovima?

Stavka br.81 – Da li je prihvatljivo ponuditi epruvetu sa šlifom dim 16x125mm?

Stavka br.84 – Da li je prihvatljivo ponuditi epruvete sa šlifom dim 25x200mm?

Stavka br.85 – U opisu artikla je navedena količina od 20kom a u koloni količina 1 kom, da li upisujemo cenu za 1kom ili 20kom?

Stavka br.86 – Da li ste mislili na “čašu” sa levkom?

Stavka br.88 – Da li je prihvatljivo ponuditi termometar od -10+360C?

Stavka br.94 – Molimo da precizirate dužinu i prečnik kolone, da li je sa sinterom ili bez, teflonska ili staklena slavina i koji šlif?

Stavka br.95 –

Stavka br.96 – Da li je potrebno ponuditi samo pipetu kapaljku sa gumicom ili kompletno celu bocu kapalicu? Koja je zapremina boce za koju je potrebno ponuditi kapaljku?

Stavka br.99 – Da li ste mislili na 10mm? I da li je 1mm greška? Ako nije greška molimo Vas za kataloski broj jer to u Hellmi ne postoji.

Stavka.br.104 – Naveli ste dužinu od 30mm, da li je u pitanju greška? Jer su obično kivete za kjeldala dužine 300mm? Takodje u opisu artikla je navedena količina od 30kom a u koloni količina 1 kom, da li se upisuje cena za 1kom ili za 30kom?

Stavka br.117 – Poštovani naveli ste Branda kao proizvođača koji u svom program ne radi kolone za hormatografiju pa Vas molimo da proverite koji je zahtevani proizvođač da bi smo mogli ponuditi odgovarajući artikal? Šta znači “kolona na koloni” Molimo za detaljno pojašnjenje kao i za kataloski broj

Stavka br.141 – Koji je prečnik levka?

Stavka br.160 – U opisu artikla je navedena količina od 20kom a u koloni kolina 1 kom, da li se upisuje cena za 1 kom ili za 20kom?

Stavka br.161 – U opisu artikla je navedena količina od 30kom a u koloni kolina 1 kom, da li se upisuje cena za 1 kom ili za 30kom?

Stavka br.162 – Naveli ste tri različite zapremine kao jedan artikal, pa Vas molimo da ih razdvojite jer su različite cene

Stavka br.191 – Da li je prihvatljivo ponuditi pipetu po Kipp-u od 20ml?

Stavka br.202 – U opisu artikla stoji “250”, da li je to zapremina? Ako ne molimo Vas da navedete šta predstavlja dati podatak?

Stavka br.211 – Molimo Vas za kataloški broj proizvođača

Stavka br.212 – Da li je ste mislili na gumenu propietu, ako ne molimo Vas da pojasnite kakva propipeta Vam je potrebna?

Stavka br.225 – Molimo da pojasnite šta znači ležište, i šta znači KS 29? Takodje molimo za kataloški broj proizvođača

Stavka br.233 – Molimo za kataloski broj, dimenzije, prečnik kivete

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Stavka 9 – u opisu artikla je data količina od 20kom a u koloni “količina” 1kom, koju cenu treba upisati za 1 kom ili za 20kom? – **ZA 20 KOMADA**

Stavka br.17 – Da li je prihvatljivo ponuditi levak po Buchneru prečnika 67mm? – **PRIHVATLJIVO JE**

Stavka br.18 – Da li je prihvatljivo ponuditi levak po Buchneru prečnika 125mm? - **PRIHVATLJIVO JE**

Stavka br.19 – Da li je prihvatljivo ponuditi levak po Buchneru prečnika 51mm? – **NIJE PRIHVATLJIVO**

Stavka br.27 – Da li je prihvatljivo ponuditi bocu kapalicu od 60ml? - **NIJE PRIHVATLJIVO**

Stavka br.57 – Da li je prihvatljivo ponuditi čašu nf 10ml? - **PRIHVATLJIVO JE**

Stavka br.77 – Da li je prihvatljivo ponuditi ekstraktor od 100ml ili 250ml sa traženim šlifovima? - **NIJE PRIHVATLJIVO**

Stavka br.81 – Da li je prihvatljivo ponuditi epruvetu sa šlifom dim 16x125mm? - **NIJE PRIHVATLJIVO**

Stavka br.84 – Da li je prihvatljivo ponuditi epruvete sa šlifom dim 25x200mm? - **PRIHVATLJIVO JE**

Stavka br.85 – U opisu artikla je navedena količina od 20kom a u koloni količina 1 kom, da li upisujemo cenu za 1kom ili 20kom? - **ZA 20 KOMADA**

Stavka br.86 – Da li ste mislili na “čašu” sa levkom? – **MISLI SE NA GUČ SA LEVKOM**

Stavka br.88 – Da li je prihvatljivo ponuditi termometar od -10+360C? - **PRIHVATLJIVO JE**

Stavka br.94 – Molimo da precizirate dužinu i prečnik kolone, da li je sa sinterom ili bez, teflonska ili staklena slavina i koji šlif? - **GLACIER ŠIFRA: 348.2008.04 (400*20 mm)**

Stavka br.95 –

Stavka br.96 – Da li je potrebno ponuditi samo pipetu kapaljku sa gumicom ili kompletno celu bocu kapalicu? Koja je zapremina boce za koju je potrebno ponuditi kapaljku? – **SAMO PIPETA KAPALJKA SA GUMICOM**

Stavka br.99 – Da li ste mislili na 10mm? I da li je 1mm greška? Ako nije greška molimo Vas za kataloski broj jer to u Hellmi ne postoji. – **PRVA KIVETA (dužina putanje je 1 mm)**


Picture and Name	Outside Dim H×W×D mm	Path Length mm	Inside Width mm	Volume ml	Product Number		
					ES Quartz Glass 190nm–2500nm	IR Quartz Glass 250nm–3500nm	Optical Glass 340nm–2500nm
 Standard cell with lid	45 × 12.5 × 3.5	1	10	0.35	Q-1	I-1	G-1
	45 × 12.5 × 4.5	2	10	0.70	Q-2	I-2	G-2
	45 × 12.5 × 7.5	5	10	1.7	Q-3	I-3	G-3
	45 × 12.5 × 12.5	10	10	3.5	Q-4	I-4	G-4
	45 × 12.5 × 22.5	20	10	7.0	Q-5	I-5	G-5
	45 × 12.5 × 32.5	30	10	10.5	Q-6	I-6	G-6
	45 × 12.5 × 42.5	40	10	14	Q-7	I-7	G-7
	45 × 12.5 × 52.5	50	10	17.5	Q-8	I-8	G-8
	45 × 12.5 × 102.5	100	10	35.0	Q-9	I-9	G-9
 Standard cell with teflon stopper	45 × 12.5 × 7.5	5	10	1.7	Q-13	I-13	G-13
	45 × 12.5 × 12.5	10	10	3.5	Q-14	I-14	G-14
	45 × 12.5 × 22.5	20	10	7.0	Q-15	I-15	G-15
	45 × 12.5 × 32.5	30	10	10.5	Q-16	I-16	G-16
	45 × 12.5 × 42.5	40	10	14.0	Q-17	I-17	G-17
	45 × 12.5 × 52.5	50	10	17.5	Q-18	I-18	G-18
	45 × 12.5 × 102.5	100	10	35.0	Q-19	I-19	G-19
 Semi-Micro cell with black walls and with lid	45 × 12.5 × 7.5	5	4	0.7	Q-23	I-23	G-23
	45 × 12.5 × 12.5	10	4	1.4	Q-24	I-24	G-24
	45 × 12.5 × 22.5	20	4	2.8	Q-25	I-25	G-25
	45 × 12.5 × 32.5	30	4	4.2	Q-26	I-26	G-26
	45 × 12.5 × 42.5	40	4	5.6	Q-27	I-27	G-27
	45 × 12.5 × 52.5	50	4	7	Q-28	I-28	G-28
	45 × 12.5 × 102.5	100	4	14	Q-29	I-29	G-29
 Semi-Micro cell with black walls and teflon stopper	45 × 12.5 × 7.5	5	4	0.7	Q-33	I-33	G-33
	45 × 12.5 × 12.5	10	4	1.4	Q-34	I-34	G-34
	45 × 12.5 × 22.5	20	4	2.8	Q-35	I-35	G-35
	45 × 12.5 × 32.5	30	4	4.2	Q-36	I-36	G-36
	45 × 12.5 × 42.5	40	4	5.6	Q-37	I-37	G-37
	45 × 12.5 × 52.5	50	4	7	Q-38	I-38	G-38
	45 × 12.5 × 102.5	100	4	14	Q-39	I-39	G-39

Stavka.br.104 – Naveli ste dužinu od 30mm, da li je u pitanju greška? Jer su obično kivete za kjeldala dužine 300mm? Takodje u opisu artikla je navedena kolilčina od 30kom a u koloni količina 1 kom, da li se upisuje cena za 1kom ili za 30kom? - **ZA 30 KOMADA**

Stavka br.117 – Poštovani naveli ste Branda kao proizvođača koji u svom program ne radi kolone za hormatografiju pa Vas molimo da proverite koji je zahtevani proizvođač da bi smo mogli ponuditi odgovarajući artikal? Šta znači “kolona na koloni” Molimo za detaljno pojašnjenje kao i za katalogski broj

Hromatografska kolona sa fritom i NB utičnicom sa PTFE slavinom

NB-L	Efektivna dužina (mm)	Prečnik (mm)	Zapremina (ml)	Art. br
14/23	300	10	23	112 100 018



Hromatografska kolona sa fritom i NB-L

Stavka br.141 – Koji je prečnik levka? – **PREČNIK JE 150 mm**

Stavka br.160 – U opisu artikla je navedena količina od 20kom a u koloni kolina 1 kom, da li se upisuje cena za 1 kom ili za 20kom? - **ZA 20 KOMADA**

Stavka br.161 – U opisu artikla je navedena količina od 30kom a u koloni kolina 1 kom, da li se upisuje cena za 1 kom ili za 30kom? - **ZA 30 KOMADA**

Stavka br.162 – Naveli ste tri različite zapremine kao jedan artikal, pa Vas molimo da ih razdvojite jer su različite cene – **TREBA UPISATI ZBIRNU CENU ZA TRAŽENE TIKVICE PO 1 KOMAD**

Stavka br.191 – Da li je prihvatljivo ponuditi pipetu po Kipp-u od 20ml? - **NIJE PRIHVATLJIVO**

Stavka br.202 – U opisu artikla stoji “250”, da li je to zapremina? Ako ne molimo Vas da navedete šta predstavlja dati podatak? – **PREČNIK 250 mm**

Stavka br.211 – Molimo Vas za kataloški broj proizvođača - **GLACIER ŠIFRA: 254.2008.01 (JACKETED BEAKER)**

Stavka br.212 – Da li je ste mislili na gumenu propietu, ako ne molimo Vas da pojasnite kakva propipeta Vam je potrebna? **GUMENA PROPIPETA SA 3 VENTILA, KVALITETNIJA**

Stavka br.225 – Molimo da pojasnite šta znači ležište, i šta znači KS 29? Takodje molimo za kataloški broj proizvođača – **SPOJNICA KUGLASTA SA ŠLIFOM MUŠKIM NB 29/32**

Stavka br.233 – Molimo za kataloski broj, dimenzije, prečnik kivete - **300*42 mm**

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку

