

Број: 020-30-46/6-1

Датум: 24.09.2018. године

**Додатне информације/појашњења број 1  
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра – Ултрасонични хомогенизер  
редни број набавке: ОПУХ 46/18**

Наручилац је дана 21.09.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – Ултрасонични хомогенизер, редни број набавке: ОПУХ 46/18, у оквиру ког је тражено појашњење.

**Питање гласи:**

„ Молим Вас за појашњењем конкурсне документације, тачније одељка 2.1. (стр. 4) у делу описа добра где у документацији стоји:  
Ултрасонични хомогенизер за запремине од 0,5 до 25 ml, ултрасоничне номиналане снаге 20W са сонотродом пречника 25 mm, могућност коришћења сонотрода 1.5, 2, и 2.5 mm  
Да ли је потребно нудити сонотроду пречника 2.5 mm, у складу са могућношћу коришћења сонотрода од 1.5, 2 и 2.5 mm како је и наведено у наставку реченице?“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 24.09.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

**Одговор гласи:**

Да, обавезно је понудити сонотроду пречника 2.5 mm са могућношћу коришћења сонотрода од 1.5, 2 и 2.5 mm. Наручилац је начинио техничку грешку приликом куцања текста.

Наручилац ће у складу са овим Додатним информацијама/појашњењима изменити конкурсну документацију.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку