

Број: 020-30-42/9-1

Датум: 25.09.2018. године

**Додатне информације/појашњења број 3
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра – Аналитичка вага, редни број
набавке: ОПАВ 42/18**

Наручилац је дана 24.09.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – Аналитичка вага, редни број набавке: ОПАВ 42/18, у оквиру ког је тражено појашњење.

Питање гласи:

„Да ли је прихватљиво nuditi analitičku vagu ponovljivosti 0,15mg l periodom stabilizacije od 2,5s? Dimenzija tase je 90mm.“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 25.09.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор гласи:

Да, прихватљиво је.

Наручилац ће у складу са овим Додатним информацијама/појашњењима изменити конкурсну документацију.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке