

Број: 020-30-9/6-3

Датум: 20.02.2019. године

**Додатне информације/појашњења број 3  
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра – Техничка (прецизна) вага,  
редни број набавке: ОПТВ 9/19**

Наручилац је дана 18.02.2019. године од заинтересованог лица, путем електронске поште, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – Техничка (прецизна) вага, редни број набавке: ОПТВ 9/19, у оквиру ког је тражено појашњење.

**Питање гласи:**

„Да ли можете појаснити шта значи линеарна калибрација ваге, да ли то представља интерну или екстерну калибрацију? “

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 28.01.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:

**Одговор гласи:**

Линеарна калибрација подразумева калибрацију у више тачака.

Довољно је да вага има интерну калибрацију.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке