

Број: 020-509/6

Датум: 02.03.2015. године

**Додатне информације/ појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара
Техничка вага
редни број: ЈНМВ 25/15**

Наручилац је од заинтересованог лица дана 27.02.2015. године, путем електронске поште примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности добара – Техничка вага, у оквиру ког су тражена појашњења:

Наведено је „Техничка вага тежине до 2400 g“ и „Максимално оптерћење ваге 2400 g“. Да ли се обе карактеристике односе на опсег мерења, и да ли је прихватљиво понудити вагу опсега мерења 2100 g или 3500 g? Ако да, ког опсега мерења?

Наведено је „Подеок ваге 0,1 g“. Узимајући у обзир и остале тражене карактеристике, молимо да потврдите да се ради о грешци одн. да је тражена карактеристика „Подеок ваге 0,01 g“?

Наведено је „Линеарност $\pm 0,3$ g“. Узимајући у обзир и остале тражене карактеристике, молимо да потврдите да се ради о грешци и да је тражена карактеристика „Линеарност до $\pm 0,03$ g“?

Наведено је „Минимална маса за мерење 0,01 g“. Да ли је прихватљиво понудити вагу са минималном препорученом масом мерења од 0,5 g?

Наведено је „Тас од нерђајућег челика димензија 130x130mm“. Да ли је прихватљиво понудити вагу са тасом димензија 195x195mm?

На основу члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 02.03.2015. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Питање: „Наведено је Техничка вага тежине до 2400 g и максимално оптерћење ваге 2400 g. Да ли се обе карактеристике односе на опсег мерења, и да ли је прихватљиво понудити вагу опсега мерења 2100 g или 3500 g? Ако да, ког опсега мерења?“

Одговор: обе наведене карактеристике се односе на опсег мерења. Наручилац ће прихватити понуде са опсегом мерења 3500 g уколико испуњавају остале захтеве које је наручилац тражио у техничкој спецификацији.

Питање: „Наведено је Подеок ваге 0,1 g. Узимајући у обзир и остале тражене карактеристике, молимо да потврдите да се ради о грешци одн. да је тражена карактеристика Подеок ваге 0,01 g“.

Одговор: Наручилац је приликом израде конкурсне документације начинио ненамерну грешку у куцању. Тражена карактеристика подеок ваге је 0,01 g. Због начињене грешке Наручилац ће сачинити Измене и допуне Конкурсне документације које ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Питање: „Наведено је Линеарност $\pm 0,3$ g. Узимајући у обзир и остале тражене карактеристике, молимо да потврдите да се ради о грешци и да је тражена карактеристика Линеарност до $\pm 0,03$ g“.

Одговор: Наручилац је приликом израде конкурсне документације начинио ненамерну грешку у куцању. Тражена карактеристика линеарност ваге је $\pm 0,03$ g. Због начињене грешке Наручилац ће сачинити Измене и допуне Конкурсне документације које ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Питање: „Наведено је „Минимална маса за мерење 0,01 g“. Да ли је прихватљиво понудити вагу са минималном препорученом масом мерења од 0,5 g?

Одговор: Због потребе микробиолошких анализа потребно је да минимална маса мерења буде 0,01 g. За наручиоца није прихватљива техничка вага са са минималном препорученом масом мерења од 0,5 g.

Питање: Наведено је „Тас од нерђајућег челика димензија 130x130mm“. Да ли је прихватљиво понудити вагу са тасом димензија 195x195mm?

Одговор: За наручиоца је важно да тас буде од нерђајућег челика. Наручилац ће прихватити и понуде вага са тасом димензије 195x195mm уколико понуђена вага испуњава остале захтеве које је наручилац тражио у техничкој спецификацији.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку