

Број: 020-510/6

Датум: 02.03.2015. године

**Додатне информације/ појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара
Бинокларни микроскоп
редни број: ЈНМВ 26/15**

Наручилац је од заинтересованог лица дана 27.02.2015. године, путем електронске поште примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности добара – Бинокларни микроскоп, у оквиру ког су тражена појашњења:

Молимо вас за додатне информације и појашњења конкурсне документације за ЈНМВ бр. 26/15 – Бинокларни микроскоп:

Наведено је „Резервни осигурачи: 2 ком.“ Обзиром да се микроскоп, који планирамо да понудимо, напаја преко исправљача на коме није предвиђена замена осигурача, одн. не постоје резервни осигурачи за овај модел микроскоп, да ли је прихватљиво не нудити осигураче?

Наведено је „Опционо батеријско напајање ... капацитета најмање 50 сати ...“. Молимо за информацију да ли је потребно понудити и батеријско напајање за овај микроскоп. Да ли је прихватљиво понудити микроскоп чије батеријско напајање које има аутономију рада од 5 сати?

На основу члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 02.03.2015. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Питање: „Наведено је „Резервни осигурачи: 2 ком.“ Обзиром да се микроскоп, који планирамо да понудимо, напаја преко исправљача на коме није предвиђена замена осигурача, одн. не постоје резервни осигурачи за овај модел микроскоп, да ли је прихватљиво не нудити осигураче?

Одговор: обзиром на наведено уколико не постоји осигурач прихватљиво је не понудити исти.

Питање: „Наведено је „Опционо батеријско напајање ... капацитета најмање 50 сати ...“. Молимо за информацију да ли је потребно понудити и батеријско напајање за овај микроскоп. Да ли је прихватљиво понудити микроскоп чије батеријско напајање које има аутономију рада од 5 сати?

Одговор: није потребно понудити и батеријско напајање али је неопходно да микроскоп има опцију за батеријско напајање капацитета рада најмање 50 сати.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку