

Број: 020-1562/8

Дана: 31. јула 2015. године

**Додатна информација/појашњење број 2
у вези Конкурсне документације за отворени поступак
јавне набавке добара – Перисталтичка пумпа, шифра ОППП-13/15**

Наручилац је дана 29. јула 2015. године, путем е-маила, од заинтересованог лица примио Захтев за додатним информацијама/појашњењима Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара – Перисталтичка пумпа, шифра ОППП-13/15:

Питање:

„Навели сте да је потребна пумпа капацитета од 1,5 до 5000 ml/min, а то практично значи да су потребна црева одређених пречника да би “покрили” овај опсег протока.

Нисте навели у тендерској документацији да ли је потребно и црево, па молимо да одговорите да ли је или није потребно црево, а уколико јесте, потребно је навести од ког материјала, пречник и дужина?“

На основу члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је, дана 31. јула 2015. године, додатно појашњење и то:

Одговор:

Испорука црева није предвиђена предметном јавном набавком.

Ово појашњење се, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку