

Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет Нови Сад
Булевар цара Лазара 1, Нови Сад
Број: 020-1897/5
Дана: 06. децембра 2013. године

**Додатне информације/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара –
ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР, ЈНМВ 47/13**

Наручилац је дана 05. децембра 2013. године, путем е-маила, од заинтересованог лица примио Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР, ЈНМВ 47/13, у оквиру којег су тражена следећа појашњења:

„Да ли можете појаснити ставку 84 "Syringe filters, 13mm 0,22um, 100", страна 27 тендерске документације.

- 1. Који је материјал мембране у питању?*
- 2. Да ли су Вам потребни стерилни или нестерилни syringe филтери?*
- 3. Да ли Наручиоцу одговара димензија syringe филтера од 15mm?"*

На основу члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је, дана 06. децембра 2013. године, додатна појашњења и то следећа:

„Конкурсном документацијом за предметну набавку, на страни 27/34, у оквиру обрасца 10. ТАБЕЛА ПОНУДЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА ставка 84 захтевани су "Syringe filters, 13mm 0,22um, 100".

Одговор на питање број 1. Материјал мембране је најлон.

Одговор на питање број 2. Потребни су нам нестерилни syringe филтери.

Одговор на питање број 3. Наручилац сматра да су одговарајући и syringe филтери димензија 13mm али и 15mm с обзиром да се користе за филтрацију течности запремина 1-5 ml.

Ово појашњење се, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, доставља заинтересованим лицима и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке