

Број: 020-2346/5

Дана: 08. децембра 2014. године

**Додатне информације/појашњења број 1  
у вези Конкурсне документације јавну набавку мале вредности добара –  
Ситна лабораторијска опрема, обликована по партијама од 1 до 6,  
редни број набавке ЈНМВ 11/14**

Наручилац је дана 04. децембра 2014. године, путем е-маила, од заинтересованог лица примио Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности добара – Ситна лабораторијска опрема, обликована по партијама од 1 до 6, редни број набавке ЈНМВ 11/14.

На основу члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је, дана 08. децембра 2014. године, додатно појашњење и то:

Питање: „Да ли је у захтеваном квалитету наведен минималан квалитет, односно да ли је одговарајуће понудити уређаје са бољим перформансама?”

Партија 6 –

Питање: „ставка 6- да ли је одговарајуће понудити ротациони вакуум упаривач са посудом 5 l, димензија уређаја које од тражених одступају за  $\pm 10\%$ , са свим осталим карактеристикама које одговарају захтеву?”.

Одговор: Одговарајуће је понудити ротациони вакуум упаривач са карактеристикама које сте навели.

Питање: „ставка 8- микропипета дигитална, да ли се односи на пипету са LCD дисплејем или на тзв. „бројчаник” на коме се може подешавати запремина?”.

Одговор: Ставка 8 се односи на микропипету са тзв. бројчаником.

Питање: „ставка 10- техничка вага - да ли је одговарајуће понудити вагу опсега 600 g са прецизношћу 0.001 g?”.

Одговор: Одговарајуће је понудити вагу опсега 600 g са прецизношћу 0.001 g.

Питање: „ставка 11- вискозиметар, да ли се мисли на вискозиметре по ASTM standardu, због ознаке b, подешени на 40 °C, 283 mm дужине?”.

Одговор: Не, мислимо на вискозиметар по стандарду ISO 3105 for manual type.

Питање: „Да ли је потребно понудити калибрисане или некалибрисане?”.

Одговор: Калибрисани по стандарду ISO 3105.

Питање: „Да ли је потребно од сваке врсте понудити 1 ком или по 3 ком?”.

Одговор: Потребно је понудити по један вискозиметар од сваке врсте.

Питање: „Молим Вас да због специфичности артикла појасните тражену ставку наводећи каталошки број неког произвођача који Вам одговара.“.

Одговор: Потребни су нам следећи вискозиметри:

1. комада 1: каталоски број из каталога LLG, Kefo 9.268 100 или одговарајући
2. комада 1: каталоски број из каталога LLG, Kefo 9.268 103 или одговарајући
3. комада 1: каталоски број из каталога LLG, Kefo 9.268 110 или одговарајући.

Питање: „ставка 13- посуда за млевење за куглични млин. Молим Вас да прецизирате да ли је потребно понудити само посуду за Retsch млин, уколико јесте за који тип млина (PM/CM) и колико комада?“.

Одговор: Потребна је само посуда за млин (1 комад). Модел млина није битан.

Ово појашњење се, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку