

Број: 020-2377/10

Датум: 26. 12. 2014. године

Додатне информације/ појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку ДОБАРА
Дејонизатор воде ОПДЕ 18/14

Наручилац је од заинтересованог лица дана 26. 12. 2014. године, путем е маила примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за отворени поступак добра Дејонизатор воде, редни број набавке ОПДЕ 18/14 у оквиру којег су тражена појашњења:

Питање везано за дејонизатор воде- У спецификацији стоји да апарат има напајање, волтаже 23V и фреквенције 50Hz. Да ли је у питању грешка?

Образложење – По техничкој спецификацији у питању је јоноизмењивач, затворен систем напуњен смолом, апарат који нема напајање.

На основу члана 54 став 13 тачка 1 Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 26.12.2014. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Наручилац је начинио грешку у Конкурсној документацији. Волтажа и фреквенција нису требали да стоје у техничкој спецификацији. Наручилац ће сачинити Конкурсну документацију пречишћен текст III који ће објавити на порталу и интернет страници наручиоца.

Ово појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку