

Број: 020-2004/5

Дана: 02. октобра 2014. године

**Додатне информације/појашњења број 1  
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – Ласер за XRF спектроскоп  
шифра ОПЛА-14/14**

Наручилац је дана 29. септембра 2014. године, путем е-маила, од заинтересованог лица примио Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара – Ласер за XRF спектроскоп, шифра ОПЛА-14/14.

На основу члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је, дана 02. октобра 2014. године, додатно појашњење и то:

Питање: „У техничкој спецификацији за набавку добара: Ласер за XRF спектроскоп, захтевали сте: Ласерска јединица за CCD камеру за XRF спектрометар за врло прецизно позиционирање X-гау снопа код мерења врло мале површине узорака. Да ли се овај опис односи на колиматор за CCD камеру?“.

Одговор: Ласерска јединица се односи на позиционирање мерне тачке, како би се знала тачна позиција на којој се врши снимање.

Питање: „У техничкој спецификацији за набавку добара: Ласер за XRF спектроскоп, захтевали сте: Цев за x-зрачење са анодом од Молибденијума (Mo) уз могућност измене и коришћења других врста цеви (Rh, W Cr), «low-power» дизајн (Max 40W), који не захтева хлађење водом, уз могућност брзе измене цеви од стране оператера, са измењивом величином колиматора. Да ли овај опис подразумева катодну цев?“.

Одговор: Да, ради се о катодној цеви за XRF.

Ово појашњење се, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку