

Број: 020-1923/5
Дана: 02. октобра 2014. године

**Додатне информације/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – Поправка уређаја халогени
влагомер Mettler Toledo HR83 са заменом делова
шифра ОПСЕ-10/14**

Наручилац је дана 29. септембра 2014. године, путем e-maila, од заинтересованог лица примио Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке услуга – Поправка уређаја халогени влагомер Mettler Toledo HR83 са заменом делова, шифра ОПСЕ-10/14.

На основу члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је, дана 02. октобра 2014. године, додатно појашњење и то:

Питање: „С обзиром да је наша фирма директан увозник и сервисер Mettler Toledo опреме, сматрам да је рок који сте назначили за завршетак услуга тј. испоруку од 5 дана неприхватљив. Стандардни рок испоруке за све делове од стране Mettler Toledo-а је 40-60 дана. Претпостављам да Вам је дефектажу тј преглед инструмента одрадио неко други, мимо нашег овлашћеног сервиса. Немамо забележен преглед Вашег уређаја, те из тог разлога ово констатујем. Да би могли да учествујемо на Вашем тендеру неопходна је измена рокова за испоруку делова на стандардних 40-60 дана, у противном нећемо се одаввати на позив.“

Одговор: Наручиоцу у моменту сачињавања Конкурсне документације за предметну набавку није било познато да је стандардни рок испоруке за све делове од стране Mettler Toledo-а 40-60 дана. Имајући ово у виду Комисија ће рок за вршење услуге изменити те ће тај рок бити 60 дана од дана пријема налога упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Ово појашњење се, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца.

Комисија за јавну набавку