

Број: 020-2377/15

Датум: 29. 12. 2014. године

Додатне информације/ појашњења број 2  
у вези Конкурсне документације за јавну набавку ДОБАРА  
Дејонизатор воде ОПДЕ 18/14

Наручилац је од заинтересованог лица дана 26. 12. 2014. године и 29.12.2014. године, путем е-маила примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за отворени поступак добра Дејонизатор воде, редни број набавке ОПДЕ 18/14 у оквиру којег су тражена појашњења:

1. Питање везано за дејонизатор воде- У спецификацији стоји да дејонизатор има продукцију од 450 dm<sup>3</sup>/h.

Питање: Да ли је прихватљиво понудити апарат који има продукцију 300 dm<sup>3</sup>/h?

2. Питање везано за дејонизатор воде- У спецификацији стоји да апарат поседује конверзиони кит – комплет кетрица за дејонизацију.

Питање : Шта треба да садржи тражени комплет?

3. Питање везано за дејонизатор воде

Да ли је потребно да дејонизатор има контролни кондуктометар?

На основу члана 54 став 13 тачка 1 Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 29.12.2014. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Питање: Да ли је прихватљиво понудити апарат који има продукцију 300 dm<sup>3</sup>/h?

Одговор: Прихватљиво је.

Питање : Шта треба да садржи тражени комплет?

Одговор: Комплет кетрица за дејонизацију треба да садржи адекватну јоноизмењивачку смолу.

Да ли је потребно да дејонизатор има контролни кондуктометар?

Одговор: Потребно је да дејонизатор има контролни кондуктометар.

Ово појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.