

Број: 020-2422/9

Датум: 17. 12. 2014. године

**Додатне информације/ појашњења број 2  
у вези Конкурсне документације за јавну набавку ДОБАРА  
Стакло и стаклени судови за лабораторију  
ЈНМВ 2/15**

Наручилац је од заинтересованог лица дана 16. 12. 2014. године, путем е маила примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара, Стакло и стаклени судови за лабораторију, редни број набавке ЈНМВ 2/15 у оквиру којег су тражена појашњења:

Постовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде а у складу са захтевима Ваше тендерске документације, одговорите на следећа питања:

- У конкурсној документацији за набавку број 02/15

Ставка 2, Молим Вас наведите димензије.

Ставка, 3, Молим Вас наведите димензије.

Ставка 4. Да ли је прихватљиво понудити посуде пречника 75mm?

Ставке 5, 6 и 7, Молим Вас наведите димензије саставних елемената захтеваних апаратура.

Ставка 8-13, 36 и 37, молим Вас наведите да ли се захтевају комплети са боцама или само бирете?

Ставка 14, Молим Вас наведите димензије.

Ставка 35 и 47, Молим Вас наведите захтевану запремину.

Ставка 9 и 10 и 45, молим Вас да наведете да ли је захтевана запремина 50 или 25ml?

Ставка 108, 109 и 110, Молим Вас наведите димензије.

Ставка 117 и 122, Молим Вас наведите промер захтеване епрувете.

Ставка 121, Молим Вас наведите димензије

Ставка 124 и 125, молим Вас проверите да ли је грешка у захтеву, пошто ниједан произвођач не декларише ове димензије епрувета.

Ставка 139, молим Вас да нагласите о којим езама се ради, пластичне или стаклене, убудне или омчасте.

Ставка 156, Молим Вас наведите димензије и тип хладњака.

Ставка 160, 161, 162, 163, Молим Вас наведите димензије.

Ставка 164, молим Вас да наведете да ли се ради о пастеровој пипети стакленој са гумицом?

Ставка 195, 196, 198, 199 и 243, Молим Вас наведите димензије.

Ставка 246, Молим Вас наведите димензије шлифа.

Ставка 289, 290 и 328, молим Вас наведите да ли се ради о пластичним или стакленим пипетарна.

Ставка 292-299, молим Вас наведите да ли се ради о пластичним или стакленим петри шољама.

Ставка 335 и 336, молим Вас да наведете коју примену имају захтеване плоче? Од ког су материјала?

Ставка 340, 342, 349, 350, Молим Вас наведите димензије.

Ставка 354, да ли је захтевана гумена пропипета?

Ставка 358-364, да ли су захтеване боце са уским или широким грлом? Ставке 365 и 366, молим Вас да наведете величине рукавица.

Ставка 367, молим Вас да дате димензије и количине захтеваних сахатних стакала

Ставка 369, 381 и 382, Молим Вас наведите димензије.

Ставка 456, молим да нагласите да ли је захтевана запремина 1000 или 500ml или обе?

Ставка 464 и 465, Молим Вас наведите димензије.

Ставке 240, 265, 266, 267, 352, 353, 370, 371, 372, 373, 374, 469 и 470, молимо Вас да прецизније опишете техничке карактеристике и димензије захтеваних артикала, како хисмо били у могућности да Вам понудимо одговарајуће артикле

На основу члана 54 став 13 тачка 1 Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 17.12.2014. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Питање:

„Ставка 2, Молим Вас наведите димензије.“

Одговор: ~ 51 cm

Питање:

„Ставка, 3, Молим Вас наведите димензије.“

Одговор: Дужина 250mm

Питање:

„Ставка 4. Да ли је прихватљиво понудити посуде пречника 75mm?“

Одговор: Није прихватљиво.

Питање:

„Ставке 5, 6 и 7, Молим Вас наведите димензије саставних елемената захтеваних апаратура.“

Одговор: Ставка 5 – 45 cm

Ставка 6 –Апаратура по Cleavenger-у, небитне димензије

Ставка 7 – Запремина: 150 ml, Спољњи пречник: 48 mm, Дужина туљка: 125 mm

Питање:

„Ставка 8-13, 36 и 37, молим Вас наведите да ли се захтевају комплети са боцама или само бирете?“

Одговор: Ставка 8 - Комплекти са боцама

Ставка 9 –Комплет са боцама, запремина 25 и 50 ml

Ставка 10 – Само бирета, запремина 25 и 50 ml

Ставка 11 – Само бирете

Ставка 12 – Само бирете

Ставка 13 – Комплекти са боцама

Ставка 36 – Комплекти са боцама

Ставка 37 – Комплекти са боцама

Питање:

„Ставка 14, Молим Вас наведите димензије.“

Одговор: 65 x 110 mm

Питање:

„Ставка 35 и 47, Молим Вас наведите захтевану запремину. „

Одговор: Ставка 35 – 50ml

Ставка 47 – Димензије: спољашњи пречник 1,5 cm; Запремина: 50 ml

Питање:

„Ставка 9 и 10 и 45, молим Вас да наведете да ли је захтевана запремина 50 или 25ml?“

Одговор: Ставка 9 – Обе запремине, то је комплет

Ставка 10 – Обе запремине, то је комплет

Ставка 45 – 50 ml

Питање:

„Ставка 108, 109 и 110, Молим Вас наведите димензије.“

Одговор: Ставка 108 – Унутрашњи пречник 22cm

Ставка 109 – Пречник 16cm

Ставка 110 – Пречник 30cm

Питање:

„Ставка 117 и 122, Молим Вас наведите промер захтеване епрувете.“

Одговор: Ставка 117 – Промер 19/180 mm

Ставка 122 – Пречник 16mm

Питање:

„Ставка 121, Молим Вас наведите димензије“

Одговор: Епрувета са шлифом: висина 13 cm, шлиф 14/23

Питање:

„Ставка 124 и 125, молим Вас проверите да ли је грешка у захтеву, пошто ниједан произвођач не декларише ове димензије епрувета.“

Одговор: Ставка 124 – Није грешка

Ставка 125 – Јесте грешка, димензије су 25mm x 220 mm

Питање:

„Ставка 139, молим Вас да нагласите о којим езама се ради, пластичне или стаклене, убудне или омчасте.“

Одговор: Метална, омчаста еза

Питање:

„Ставка 156, Молим Вас наведите димензије и тип хладњака.“

Одговор: Хладњак за Soxlet апарат 300 mm шлиф 29/32

Питање:

„Ставка 160, 161, 162, 163, Молим Вас наведите димензије.“

Одговор: Ставка 160 – Унутрашњи пречник колоне 2cm, висина колоне 30cm прелази у

сужење дужине 5cm пречника 0,7cm, отвор на славини 2,5mm без синтер плочице  
Ставка 161 – 240 x 120 x 220 mm  
Ставка 162 – 60 x 40 x 100 mm  
Ставка 163 – 300 x 200 mm

Питање:

„Ставка 164, молим Вас да наведете да ли се ради о пастеровој пипети стакленој са гумицом?“

Одговор: Капаљка стаклена уско грло, дужина 130mm, са гумицом

Питање:

„Ставка 195, 196, 198, 199 и 243, Молим Вас наведите димензије.“

Одговор: Ставка 195 – Колона за хроматографију са вакуум одсисом и PTFE славином,  
Пречник 20 mm, укупна дужина 400mm, ефективна дужина 250 mm  
Ставка 196 – Висина: 610 mm, Пречник: 20 mm  
Ставка 198 – 57 cm  
Ставка 199 – 45 cm  
Ставка 243 – Висина: 600 mm, Пречник плашта: 24 mm

Питање:

„Ставка 246, Молим Вас наведите димензије шлифа.“

Одговор: Савијена 105°, са NB – L: 24/29

Питање:

„Ставка 289, 290 и 328, молим Вас наведите да ли се ради о пластичним или стакленим пипетарна.“

Одговор: Ставка 289 – Стаклена  
Ставка 290 – Стаклена  
Ставка 328 – Стаклена

Питање:

„Ставка 292-299, молим Вас наведите да ли се ради о пластичним или стакленим петри шољама.“

Одговор: Ставка 292 – Стаклена  
Ставка 293 – Стаклена  
Ставка 294 – Стаклена  
Ставка 295 – Стаклена  
Ставка 296 – Стаклена  
Ставка 297 – Стаклена  
Ставка 298 – Стаклена  
Ставка 299 – Стаклена

Питање:

„Ставка 335 и 336, молим Вас да наведете коју примену имају захтеване плоче? Од ког су материјала?“

Одговор: Ставка 335 – Плоче су од стакла, за хроматографију  
Ставка 336 – Плоче су од стакла, за хроматографију

Питање:

„Ставка 340, 342, 349, 350, Молим Вас наведите димензије.“

Одговор: Ставка 340 – Унутрашњи пречник 15cm  
Ставка 342 – Пречник 130mm  
Ставка 349 – 76 x 26 mm, 50 комада паковање  
Ставка 350 – 76 x 26 mm, 50 комада паковање

Питање:

„Ставка 354, да ли је захтевана гумена пропипета?“

Одговор: Ради се о следећем: macro pipette controller f. pipettes 0.1-200 ml, grey, w. spare membrane filter; One single macro pipette controller covers the entire range of bulb and graduated pipettes from 0.1 to 200 ml. The conical silicone adapter offers a secure fit for the different diameters. The unique valve system allows for easy compression of the newly designed bellows. The spring loaded lever enables an even more sensitive filling and delivery of liquids. The meniscus is easily adjustable. The unit is fully autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285. A hydrophobic membrane filter protects the system from liquid penetration. Each pipette controller is supplied with a 3 µm spare membrane filter.

Питање:

„Ставка 358-364, да ли су захтеване боце са уским или широким грлом?“

Одговор: Ставка 358 – Уско грло  
Ставка 359 – Уско грло  
Ставка 360 – Уско грло  
Ставка 361 – Уско грло  
Ставка 362 – Уско грло  
Ставка 363 – Уско грло  
Ставка 364 – Уско грло

Питање:

„Ставке 365 и 366, молим Вас да наведете величине рукавица.“

Одговор: Ставка 365 – medium, паковање од 100ком  
Ставка 366 – medium, паковање од 100ком

Питање:

„Ставка 367, молим Вас да дате димензије и количине захтеваних сахатних стакала“

Одговор: Пречник малих 6 cm - 5 ком, средњих 8 cm - 2 ком и великих 10 cm - 3 ком

Питање:

„Ставка 369, 381 и 382, Молим Вас наведите димензије.“

Одговор: Ставка 369 – Капацитет 250ml  
Ставка 381 – Дужина 300mm  
Ставка 382 – Дужина 300mm

Питање:

„Ставка 456, молим да нагласите да ли је захтевана запремина 1000 или 500ml или обе?“

Одговор: 500 ml

Питање:

„Ставка 464 и 465, Молим Вас наведите димензије.“

Одговор: Ставка 464 – Димензије 40x25mm, 11 ml - NZ

Ставка 465 – Димензије 50x40mm

Питање:

„Ставке 240, 265, 266, 267, 352, 353, 370, 371, 372, 373, 374, 469 и 470, молимо Вас да прецизније опишете техничке карактеристике и димензије захтеваних артикала, како хисмо били у могућности да Вам понудимо одговарајуће артикле“

Одговор: Ставка 240 – Шлиф 29/32, дужина 27 cm

Ставка 265 – са два NB - J + NB 14/23 L; Висина: 100 mm

Ставка 266 – Шлиф 29/32, пречник балона 60 mm, унутрашња цев у балону пречник 8/10 mm, мост 90°

Ставка 267 – Шлиф 29/32, висина до моста 9,5-10 cm, наставак, тј. цев после моста 12,5 cm, пречник цеви 8/10 mm

Ставка 352 – Лабораторијска чаша од 1l


Ставка 353 – Процесна чаша од лабораторијског стакла дебљине 2mm са конусним доњим делом. Димензије: укупна висина чаше 70 mm, пречник отвора 40 mm, висина конусног дела 30mm, дно пречника 25 mm

Ставка 370 – Капацитет 250ml

Ставка 371 – Кугласти шлиф "мушки", Пречник шлифа 19 mm , dužina 120 mm



Ставка 372 – Кугласти шлиф "женски", Пречник шлифа 19 mm, дужина 120 mm



Ставка 373 – пречник 13 mm, дужина 120 mm

Ставка 374 – пречник 17 mm, дужина 120 mm

Ставка 469 – Левак за VELP уређај ознаке CSF6

Ставка 470 – Стаклена вакуум пумпа

Ово појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку