

Број: 020-2422/10

Датум: 18. 12. 2014. године

**Додатне информације/ појашњења број 3  
у вези Конкурсне документације за јавну набавку ДОБАРА  
Стакло и стаклени судови за лабораторију  
ЈНМВ 2/15**

Наручилац је од заинтересованог лица дана 17. 12. 2014. године, путем е-маила примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара, Стакло и стаклени судови за лабораторију, редни број набавке ЈНМВ 2/15 у оквиру којег су тражена појашњења:

Поштовани,

У вези јавне Набавке 2/15 молим Вас да ми дате следећа појашњења:

1. Ставка 4- која је запремина апарата
2. Ставка 7-која је запремина апарата
3. Ставка 14- димензије авана
4. Ставка 161 и 162- димензије каде за хроматографију
5. Ставка 163- запремина или димензије канистера
6. Ставка 195- и 196-дименије и карактеристике колоне
7. Ставка 198 и 199- дужина и шлифови кондензатора
8. Ставка 240-да ли се мисли на лулу за дестилацију, са лифом или без?
9. Ставка 243- дужина и шлифови кондензатора
10. Ставка 260- дефинишите запремину, очигледно штампарска грешка
11. Ставка 340- димензије авана
12. Ставка 342-димензије авана
13. Ставка 352 и 353- димензије процесне чаше, ако може слика или каталoшки број
14. Ставка 369 и 370- запремина екстрактора
15. У Табели понуде- спецификација вероватно је дошло до грешке у колони 8- претпостављам да се тражи укупна цена без ПДВа пошто се укупна цена са ПДВом трazi поново у колони 10

На основу члана 54 став 13 тачка 1 Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 18.12.2014. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Питање:

„Ставка 4- која је запремина апарата“

Одговор: Запремина апарата није релевантан податак за тражено добро.

Питање:

„Ставка 7-која је запремина апарата“

Одговор: Запремина апарата није релевантан податак за тражено добро. Запремина траженог добра: 150 ml, Спољњи пречник: 48 mm, Дужина туљка: 125 mm

Питање:

„Ставка 14- димензије авана“

Одговор: 65 x 110 mm

Питање:

„Ставка 161 и 162- димензије каде за хроматографију“

Одговор: Ставка 161 – 240 x 120 x 220 mm

Ставка 162 – 60 x 40 x 100 mm

Питање:

„Ставка 163- запремина или димензије канистера“

Одговор: 300 x 200 mm

Питање:

„Ставка 195- и 196-дименије и карактеристике колона“

Одговор: Ставка 195 – Колона за хроматографију са вакуум одсисом и PTFE славином, Пречник 20 mm, укупна дужина 400mm, ефективна дужина 250 mm

Ставка 196 – Висина: 610 mm, Пречник: 20 mm

Питање:

„Ставка 198 и 199- дужина и шлифови кондензатора“

Одговор: Ставка 198 – 57 cm

Ставка 199 – 45 cm

Питање:

„Ставка 240-да ли се мисли на лулу за дестилацију, са лифом или без?“

Одговор: Да са шлифом, Шлиф 29/32, дужина 27 cm

Питање:

„Ставка 243- дужина и шлифови кондензатора“

Одговор: Висина: 600 mm, Пречник плашта: 24 mm

Питање:

„Ставка 260- дефинишите запремину, очигледно штампарска грешка“

Одговор: Није штампарска грешка

Питање:

„Ставка 340- димензије авана“

Одговор: Унутрашњи пречник 15cm

Питање:

„Ставка 342-димензије авана“

Одговор: Пречник 130mm

Питање:

„Ставка 352 и 353- димензије процесне чаше, ако може слика или каталошки број“

Одговор: Ставка 352 – Лабораторијска чаша од 1l

Ставка 353 – Процесна чаша од лабораторијског стакла дебљине 2mm са конусним доњим делом. Димензије: укупна висина чаше 70 mm, пречник отвора 40 mm, висина конусног дела 30mm, дно пречника 25 mm

Питање:

„Ставка 369 и 370- запремина екстрактора„

Одговор: Ставка 369 – Капацитет 250ml

Ставка 370 – Капацитет 250ml

Питање:

„У Табели понуде- спецификација вероватно је дошло до грешке у колони 8- претпостављам да се тражи укупна цена без ПДВа пошто се укупна цена са ПДВом тражи поново у колони 10“

Одговор:

Наручилац је омашком начинио грешку у Табели понуде-спецификација Образац 10. У колони 8 Табеле треба да стоји укупна цена без ПДВ-а.

Ово појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку