

Broj: 020-1554/6

Datum: 28.10.2016. godine

**Dodatne informacije/pojašnjenja broj 1
u vezi Konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara - Termostatsko kupatilo za viskozimetar
redni broj nabavke: JNMV 29/16**

Naručilac je dana 27.10.2016. godine od zainteresovanog lica, putem e-maila, primio Zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – Termostatsko kupatilo za viskozimetar, redni broj nabavke: JNMV 29/16, u okviru kojih su tražena sledeća pojašnjenja:

PITANJE: Prema JNMV29/16 molim vas da pojasnite da li je odgovarajuće ponuditi termostatsko kupatilo za viskozimetar sa sledećim karakteristikama boljim od traženih. Temp opseg +15°C sa hlađenjem vodom iz česme pomoću integrisane rashladne spirale, odnosno 28°C do 100°C. Napominjemo da traženi model Julabo takođe ne može da postigne temp blizu sobne ukoliko nije priključen na vodu za hlađenje, takođe sa integrisanom rashladnom spiralom. TFT touch screen displej. Protok pumpe 27 l/min. Mesta za 3 kapilare. Pritisak pumpe 0,7 bar. Zapremine kupatila 25.5l. I ostalim karakteristikama kao što je traženo.

ODGOVOR: Predmet nabavke je viskozimetarsko kupatilo za rutinsko merenje kinematičke viskoznosti pomoću kapilarnog viskozimetra i gustine sa transparentnom kadmom i dva radna mesta, temperaturne stabilnosti (°C): $\pm 0,01$. Imajući u vidu da se uređaj koristi u nastavi, kao i potrošnju silikonskog ulja koje iziskuje troškove, prihvatljiva zapremina kupatila je 16l.

Ova se pojašnjenja, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, objavljuju na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Komisija za javnu nabavku