

Broj: 020-30/10

Datum: 28.01.2016. godine

**Dodatne informacije/pojašnjenja broj 2**  
**u vezi Konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – Potrošni materijal za laboratorije**  
**redni broj nabavke: OPPML 1/16**

Naručilac je od zainteresovanih lica dana 25.01.2016. godine i 27.01.2016. godine, putem e-maila primio Zahteve za dodatnim informacijama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – Potrošni materijal za laboratorije, redni broj nabavke: OPPML 1/16, u okviru kojeg su tražena pojašnjenja, na koja je Komisija za javnu nabavku, na osnovu člana 54. stav 12. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama, dana 28.01.2016. godine sačinila dodatne informacije/pojašnjenja, kako sledi:

**PARTIJA BROJ 2**

**PITANJE:** STAVKA 94: DA LI JE PRIHVATLJIVO PONUDITI TERMOMETAR -10+360C?

**ODGOVOR:** PRIHVATLJIVO JE PONUDITI -10+360C

**PITANJE:** STAVKE 121-124: MOLIM VAS NAVEDITE KATALOSKE BROJEVE?

**ODGOVOR:** 121: CARL ROTH – T745.1 ILI ODGOVARAJUĆE, 122: CARL ROTH – T743.1 ILI ODGOVARAJUĆE, 123: CARL ROTH – T742.1 ILI ODGOVARAJUĆE, 124: CARL ROTH – T744.1 ILI ODGOVARAJUĆE

**PITANJE:** STAVKA 157: KOJE SU DIMENZIJE LEVKA, I AKO MOZETE NAVESTI KATALOSKI BROJ?

**ODGOVOR:** GLACIER 270.2008.02 ILI ODGOVARAJUĆE, DUŽINA 250 MM


**PITANJE:** STAVKA 169: DA LI JE POTREBNO PONUDITI CELU STAKLENU APARATURU ILI SAMO TIKVICU JER SIFRA KOJU STE NAVELI CLS3340FO SE ODNOSI SAMO NA TIKVICU?

**ODGOVOR:** POTREBNO JE PONUDITI CELU APARATURU OD 500 ML, SIGMA ALDRICH: CLS3340500 ILI ODGOVARAJUĆE

**PITANJE:** STAVKA 171: MOZETE LI NAVESTI KATALOSKI BROJ?

**ODGOVOR:** GLACIER 033.2008.05 ILI ODGOVARAJUĆE

**PITANJE:** STAVKA 173: MOZETE LI NAVESTI KATALOSKI BROJ ILI DATI DODATNO POJASNJENJE?



**ODGOVOR:**

**PITANJE:** STAVKE 218 I 219: DA LI SE KOLICINA ODNOSI NA PAKOVANJE S OBZIROM DA SE TLC PLOCE NE PRODAJU NA KOMAD?

**ODGOVOR:** DA, ODNOSI SE NA PAKOVANJE

**PITANJE:** STAVKA 234: KATALOSKI BROJ KOJI STE NAVELI NE POSTOJI NA SAJTU GLACIERA, DA LI IMATE KATALOSKU STRANICU ILI DODATNI OPIS?

**ODGOVOR:** SIGMA ALDRICH: Z137065 ILI ODGOVARAJUĆE

**PITANJE:** STAVKA 246: KOJA JE VELICINA I OPSEG VISKOZIMETRA?

**ODGOVOR:** VISKOZIMETAR PO UBBELOHDE-U 2, CONSTANTA 0,1

**PITANJE:** STAVKA 256: KOJE SU DIMENZIJE KIVETA?

**ODGOVOR:** 300\*42 MM, DEBLJINA ZIDA 3,2 MM

**PITANJE:** STAVKA 265: MOZETE LI NAVESTI KATALOSKI BROJ?

**ODGOVOR:** AMARELL: D262378 ILI ODGOVARAJUĆE

**PITANJE:** DA LI POSTOJI MOGUĆNOST DA DOSTAVITE DOKUMENTACIJU U WORD-U KAKO BI SE POPUNJAVALA ELEKTRONSKI?

**ODGOVOR:** POŠTOVANI IAKO BI VAM DRAGE VOLJE IZAŠLI U SUSRET NISMO U MOGUĆNOSTI DA VAM DOKUMENTACIJU DOSTAVIMO U WORD FORMATU IMAJUĆU U VIDU DA SU PRILIKOM TAKVOG UPISA PODATAKA ČESTE IZMENE SAMIH OBRAZACA, NJIHOVE SADRŽINE I FORME. DOKUMENTACIJA SE MOŽE ELEKTRONSKI POPUNJAVATI I U PDF FORMATU.

### **PARTIJA BROJ 3**

**PITANJE:** ZA REDNE BROJEVE 1 I 2 DA LI JE PRIHVATLJIVO DA SE PONUDE NASTAVCI POJEDINAČNO PAKOVANI STERILNI S OBZIROM DA PAKOVANJE OD 5 KOM MOŽE DA PONUDI SAMO JEDNA FIRMA, KOJA SAMIM TIM ZATVARA MOGUĆNOST DA DRUGE FIRME KONKURIŠU ILI DA ISTE STAVKE IZUZMETE IZ DATE PARTIJE?

**ODGOVOR:** PRIHVATLJIVO JE DA SE ZA STAVKE 1 I 2 PONUDE STERILNI NASTAVCI ZA MIKROPIPETE POJEDINAČNO PAKOVANI.

**PITANJE:** ZA REDNI BROJ 30 DA LI JE BIOLOŠKI INDIKATOR ZA KONTROLU PARNE ILI SUVE STERILIZACIJE?

**ODGOVOR:** KONTROLA PARNE STERILIZACIJE.

Ova se pojašnjenja, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, objavljuju na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Članovi komisije za javnu nabavku:

Ime i prezime	Potpis
prof. dr Dragoljub Cvetković, član komisije	
docent Marija Radojković, član komisije	
Nemanja Martinović, član komisije	