

Број: 020-30-27/7

Датум: 06.11.2017. године

**Додатне информације/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – Потрошни материјал за
лабораторије редни број набавке: ОППМЛ 27/17**

Наручилац је дана 02.11.2017. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку добара – Потрошни материјал за лабораторије, редни број набавке: ОППМЛ 27/17, у оквиру којих су тражена појашњења.

Молим за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН:ОППМЛ 27/17- Потрошни материјал за лабораторија за следеће артикле:

Ставка бр.2:

96-well cell imaging plate-која форма је потребна?

Ставка бр.21:

Папир клубучни 30g- које димензије су потребне и колико g или kg?

Ставка бр.24:

Syringe filter 0,45 μ m- који пречник и који материјал је потребан?

Ставке бр.43,44,45 и 46:

Молим Вас да прецизирате који спољашњи, а који унутрашњи пречник црева је потребан.

Ставке бр.58,59,60,61

У документацији, јединица мере је ком, да ли је грешка у документацији и да ли је потребно понудити паковање?

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 06.11.2017. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Ставка бр.2:

96-well cell imaging plate-која форма је потребна?

Одговор: Потребна је F форма.

Ставка бр.21:

Папир клубучни 30g- које димензије су потребне и колико g или kg?

Одговор: Папир је 30 грамски, димензије листа су 100x70, јединица мере је комад.

Ставка бр.24:

Syringe filter 0,45 μ m- који пречник и који материјал је потребан?

Одговор: Пречник је 25mm, материјал најлон.

Ставке бр.43,44,45 и 46:

Молим Вас да прецизируете који спољашњи, а који унутрашњи пречник црева је потребан?

Одговор: Ставка 43. унутрашњи пречник је 6mm, дебљина зида 2 mm.

Ставка 44. унутрашњи пречник је 8 mm, дебљина зида 2 mm.

Ставка 45. унутрашњи пречник је 10 mm, дебљина зида 2 mm.

Ставка 46. унутрашњи пречник је 12 mm, дебљина зида 2,5 mm.

Ставке бр.58,59,60,61

У документацији, јединица мере је ком, да ли је грешка у документацији и да ли је потребно понудити паковање?

Одговор: Потребно је понудити паковање од 1/1000 комада.

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и продужити рок за подношење понуда.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Чланови комисије за јавну набавку:

Име и презиме	Потпис
доц др Марија Радојковић, члан комисије	
Немања Мартиновић, члан комисије	
Ивана Трифуновић Торковић, члан комисије	