

Број: 020-30-24/7

Датум: 14.03.2018. године

**Додатне информације/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – Лабораторијска центрифуга
редни број набавке: ОПЛЦ 24/18**

Наручилац је дана 12.03.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добара – **Лабораторијска центрифуга**, редни број набавке: ОПЛЦ 24/18, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:

„У вези ЈН ОПЛЦ 24/18 лабораторијска центрифуга, молим да нам доставите одговоре на следећа питања:

Да ли је прихватљиво понудити центрифугу са максималном брзином 6000 о/мин и максималном RCF 4427 xg, (вредност max.RCF важи за оба тражена ротора) уз ротор 6x50 мл са максималним радијусом 11 цм, временом убрзавања 41/91, временом успоравања 52/247, а за ротор 12x15 мл максимални радијус 11 цм, време убрзавања 33/95, време успоравања 51/257?

Напоменуто бих да је у осталом спецификација идентична траженој.“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 14.03.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

ПИТАЊЕ: Да ли је прихватљиво понудити центрифугу са максималном брзином 6000 о/мин и максималном RCF 4427 xg, (вредност max.RCF важи за оба тражена ротора) уз ротор 6x50 мл са максималним радијусом 11 цм, временом убрзавања 41/91, временом успоравања 52/247, а за ротор 12x15 мл максимални радијус 11 цм, време убрзавања 33/95, време успоравања 51/257

ОДГОВОР: Није прихватљиво.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку