

Број: 020-30-42/7-1

Датум: 10.09.2018. године

Додатне информације/појашњења број 1
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра – Аналитичка вага, редни број
набавке: ОПАВ 42/18

Наручилац је дана 07.09.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – Аналитичка вага, редни број набавке: ОПАВ 42/18, у оквиру ког је тражено појашњење.

Питање гласи:

„Да ли је прихватљиво понудити вагу која има димензију таса приближно траженој вредности, односно $\varnothing 90$ mm?“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 10.09.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор гласи:

Уколико су задовољене остале карактеристике ваге наведене у спецификацији у Конкурсној документацији (прецизност, максимална маса која може да се мери итд), прихватљиво је понудити димензију таса од $\varnothing 90$ mm.

Наручилац ће у складу са овим Додатним информацијама/појашњењима изменити конкурсну документацију.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке