

Broj: 020-30-22/9

Datum: 30.03.2018. godine

**Dodatne informacije/pojašnjenja broj 2**  
**u vezi Konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – Digitalna bireta redni broj nabavke:**  
**OPDB 22/18**

Naručilac je dana 29.03.2018. godine od zainteresovanih lica, putem e-maila, primio Zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – **Digitalna bireta**, redni broj nabavke: OPDB 22/18, u okviru kojih su tražena pojašnjenja.

Na osnovu člana 54. stav 12. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama, Komisija za javnu nabavku sačinila je dana 30.03.2018. godine, dodatne informacije/pojašnjenja, kako sledi:

„ Molimo Vas da nam dodatno pojasnite koja je tačnost tražene birete kao I koeficijent varijacije?“

**PITANjE:**

Molimo Vas da nam dodatno pojasnite koja je tačnost tražene birete kao I koeficijent varijacije?“

**ODGOVOR:**

Digitalna bireta treba da ima sledeće karakteristike:

**TAČNOST**

tačnost na 5 ml  $\pm 0,60\%$ ,

tačnost na 25 ml  $\pm 0,12\%$ ,

tačnost na 50 ml,  $\pm 0,06\%$ ,

**KOEFICIJENT VARIJACIJE (CV = coefficient of variation)**

CV na 5ml  $\pm 0,20\%$

CV na 25ml  $\pm 0,04\%$

CV na 50ml  $\pm 0,02\%$

Preciznost treba da odgovara standardu DIN EN ISO 385 staklenih bireta (preciznost A klase).

Naručilac će u skladu sa ovim dodatnim informacijama/pojašnjenjima izmeniti konkursnu dokumentaciju.

Ovo se pojašnjenje, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Komisija za javnu nabavku