

Број: 020-30-53/10-1

Датум: 23.11.2018. године

Додатне информације/појашњења број 2
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра – Инкубатор, редни број набавке:
ОПИН 53/18

Наручилац је дана 23.11.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – Инкубатор, редни број набавке: ОПИН 53/18, у оквиру ког је тражено појашњење.

Питање гласи:

„Да ли је за наручиоца прихватљиво да инкубатор има прецизност од $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$? Остале карактеристике су у складу са спецификацијом датом у документацији“.

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 23.11.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор гласи:

Да, прихватљиво је.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке