

Број: 020-30-31/7-2

Датум: 18.07.2018. године

Додатне информације/појашњења број 2
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра – Спектрофотометар, редни број
набавке: ОПСФ 31/18

Наручилац је дана 17.07.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – Спектрофотометар, редни број набавке: ОПСФ 31/18, у оквиру ког је тражено појашњење.

Питања гласе:

„U skladu sa konkursnom dokumentacijom JN broj OPSF 31/18 – Za javnu nabavku dobara - Spektrofotometar, molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:

1. Traženo je da je preciznost talasnih dužina bude minimum ± 0.5 nm. Da li je prihvatljivo ponuditi spektrofotometar čija je preciznost talasnih dužina ± 0.8 nm ?
2. Traženo je da fotometrijska ponovljivost bude minimum 0.3% T. Da li je prihvatljivo ponuditi spektrofotometar čija je fotometrijska ponovljivost 0.2 % T ? “

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 18.07.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговори гласе:

1. Не, није прихватљиво.
2. Не, није прихватљиво.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку