

Број: 020-30-41/7-1

Датум: 13.09.2018. године

Додатне информације/појашњења број 2
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добара – Систем за реологију, редни
број набавке: ОПСР 41/18

Наручилац је дана 11.09.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добара – Систем за реологију, редни број набавке: ОПСР 41/18, у оквиру ког је тражено појашњење.

Питање гласи:

„Vezano za JN OPSR 41/18 molimo Vas da:

- Proverite standard po kojem treba da bude u skladu viskosimetar prema Brookfield metodi koji je naveden u specifikaciji na str. 4.
- Da li je prihvatljivo ponuditi stabilizator napona veće snage t.j. da li su navedene tehničke karakteristike minimalno prihvatljive?
- Kod digitalnih termometara da li su navedene dimenzije senzora minimalno prihvatljive t.j. da li je prihvatljivo ponuditi senzore dimenzija prečnika i dužine preko definisanih?“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 13.09.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор гласи:

- Вискозиметар према Брукфиелд методи треба бити у складу са стандардом ISO2555.
- Не, није прихватљив стабилизатор напона веће снаге. Одговарајући је стабилизатор напона (УПС) 2000VA/1200W, како је наведено у Конкурсној документацији.
- Да, прихватљива су одступања од $\pm 10\%$ у односу на наведене димензије сензора из Конкурсне документације.

Наручилац ће у складу са овим додатним информацијама/појашњењима изменити Конкурсну документацију.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку