

Број: 020-30-21/8

Датум: 17.04.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), а поводом Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку добара – Аутоматска јединица за дестилацију вина и алкохола, редни број: ОПАЈ 21/18, број 020-30-21/7 од 16.04.2018. године, декан Технолошког факултета Нови Сад, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – АУТОМАТСКА ЈЕДИНИЦА ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ
ВИНА И АЛКОХОЛА РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПАЈ 21/18**

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку добара – Аутоматска јединица за дестилацију вина и алкохола понуђачу DONAU LAB DOO са седиштем у Земуну, Карађорђева 15/2, понуда број: 050418 од 03.04.2018. године, код наручиоца заведена под бројем: 020-607 од 04.04.2018. године. Вредност додељеног уговора износи 1.105.000,00 динара без ПДВ-а. Овај понуђач је понуду поднео самостално.

Образложење

Наручилац је дана 07.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, број 020-30-21/1.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за предметну набавку објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.03.2018. године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 020-30-21/6 од 10.04.2018. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају о стручној оцени понуда број 020-30-21/7 од 16.04.2018. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке је добро – Аутоматска јединица за дестилацију вина и алкохола.

Јавна набавка није обликована у више партија.

Назив и ознака из општег речника набавки: Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) – 38000000.

Укупна процењена вредност набавке без обрачунатог ПДВ-а износи 1.140.000,00 динара.

Основни подаци о понуђачима:

У поступку јавне набавке благовремено, односно до 10.04.2018. године до 09,00 часова примљене су (две) понуде, и то:

Ред. бр.	Број под којим је понуда заведена	Назив и седиште понуђача	Датум пријема	Час пријема
1.	020-607	DONAU LAB DOO Карађорђева 15/2 11080 Београд, Земун	04.04.2018.	09,30
2.	020-635	SUPERLAB DOO Милутина Миланковића 25 11070 Нови Београд Београд	05.04.2018.	09,45

Неблаговремених понуда није било.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

У складу са чланом 107. а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама, понуда понуђача SUPERLABA DOO са седиштем у Новом Београду, улица Милутина Миланковића 25, код понуђача заведена под бројем П18-80191 од 03.04.2018. године, код Наручиоца заведена под бројем 020-635 од 05.04.2018. године, одбијена је као неприхватљива, имајући у виду да је понуђач понудио неодговарајуће добро. Наиме, у конкурсној документације је тражено:

- да апарат садржи интегрисани генератор паре без потребе за дестилованом водом, тј. са могућношћу директног повезивања на чесменску воду, а понуђени уређај, како се наводи у понуди, се повезује на танк са дестилованом (деминерализованом) водом, што би значило додатно обезбеђивање дестиловане воде.

- да уређај има могућност повезивања са одговарајућом хидростатичком вагом. Ова могућност није понуђена.

- да уређај поседује микропроцесорску контролу параметара улазне воде за хлађење температуре, притиска и протока. Понуђен је апарат без микропроцесорске контроле притиска и протока, а као додатна опција понуђен пресостат као екстерна јединица.

- да уређај има упозорење да недостаје стаклени суд као и да је отворен дренажни систем. Ова опција није понуђена.

- да је уређај израђен од нерђајућег челика AISI 316. Понуђени уређај је са кућиштем од алуминијума.

- магнетни филтер који задржава механичке честице уколико су присутне у води. Ова опција није понуђена.

- да се апарат испоручи са колоном за деминерализацију воде. Ова опција није понуђена, јер уређај нема могућност деминерализације воде.

- да се апарат испоручи са колоном за деминерализацију воде. Ова опција није понуђена, јер уређај нема могућност деминерализације воде.

Понуђена цена понуђача SUPERLAB DOO износи 999.995,00 динара без ПДВ-а, односно 1.199.994,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора за јавну набавку добара – Аутоматска јединица за дестилацију вина и алкохола је најнижа понуђена цена.

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Ред. бр.	Назив и седиште понуђача	Укупна понуђена цена (динара без ПДВ-а)
1.	DONAU LAB DOO Карађорђева 15/2 11080 Београд, Земун	1.105.000,00

Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку констатује да је за набавку добара – Аутоматска јединица за дестилацију вина и алкохола најповољнија понуда понуђача DONAU LAB DOO са седиштем у Земуну, Карађорђева 15/2, понуда број: 050418 од 03.04.2018. године, код наручиоца заведена под бројем: 020-607 од 04.04.2018. године, чија укупна понуђена цена износи 1.105.000,00 динара без ПДВ-а, те предлаже одговорном лицу наручиоца да њему додели уговор. Овај понуђач је понуду поднео самостално.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку као у диспозитиву.



Одговорно лице

Проф. др Радмир Малбаша
декан Факултета

my
Kolodub
Shodun

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, односно други овлашћени подносилац може поднети захтев за заштиту права Наручиоцу у року од десет дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

