

Број: 020-30-13/6-1

Датум: 11.02.2019. године

**Додатне информације/појашњења број 1  
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра – Магнетна мешалица  
редни број набавке: ОПММ 13/19**

Наручилац је дана 06.02.2019. године од заинтересованог лица, путем електронске поште, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – Магнетна мешалица, редни број набавке: ОПММ 13/19, у оквиру ког је тражено појашњење.

**Питање гласи:**

„Поштовани,

Најлепше Вас молимо за појашњење конкурсне документације за Јавну набавку добара – Магнетна мешалица, које се односи на техничке карактеристике

- Да ли је за наручиоца прихватљиво да опсег брзине ротације буде 200 – 2200 rpm?
- Да ли је за наручиоца прихватљиво да материјал топлотне платформе буде од нанокристалне стакло керамике?
- Да ли је за наручиоца прихватљива класа заштите IP 21?"

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 01.02.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:

**Одговори гласе:**

Одговор на питање бр.1

Опсег брзине ротације 200-2200 rpm није прихватљив.

Одговор на питање бр.2

Материјал топлотне платформе од нанокристалне стакло керамике није прихватљив.

Одговор на питање бр.3

Класа заштите IP 21 је прихватљива.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке