

Број: 020-30-55/6-1

Датум: 29.08.2019. године

**Додатне информације/појашњења број 1  
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра –  
Дигитални микрометар, редни број набавке: ОПММ 55/19**

Наручилац је дана 27.08.2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио  
Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – Дигитални микрометар,  
редни број набавке: ОПММ 55/19

**Питање гласи:**

1. „Да ли је одговарајуће понудити апарат следећих карактеристика истог произвођача?

Digitalni merni sat ID-C Merni opseg: 0-12,7mm / 0,5inch

Rezolucija: 0,001mm / 0,00005inch

Maksimalno dozvoljena greška: 0,003mm/0,0001inch

Merna sila  $\leq 1,5N$ ; Izbor smera merenja

Funkcije: PRESET; DOBRO/LOŠE; ZERO/ABS; ON/OFF

DATA/HOLD – zadržavanje željene vrednosti merenja;

Sa izlazom podataka; Prečnik stabla:  $\varnothing 8mm$

Kontaktna površina: karbidna loptica M2,5x0,45mm

Jedinice mere: mm/inch ,Težina: 170g; Napajanje: SR-44.“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку  
сачинила је дана 29.08.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:

**Одговор гласи:**

1. Да, прихватљиво је понудити добро тих карактеристика.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на  
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке