

Број: 020-30-16/6-1

Датум: 03.04.2019. године

**Додатне информације/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – Потрошни материјал за
лабораторије редни број набавке: ОППМЛ 16/19**

Наручилац је дана 01.04.2019. године од заинтересованих лица, путем е-маила, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку добара – Потрошни материјал за лабораторије, редни број набавке: ОППМЛ 16/19, у оквиру којих су тражена појашњења.

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 03.04.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Питања гласе:

За партију 2

Ставка бр. 17 – Да ли је прихватљиво понудити левак по Buchneru пречника 67mm?

Ставка бр. 18 – Да ли је прихватљиво понудити левак по Buchneru пречника 125mm?

Ставка бр. 19 – Да ли је прихватљиво понудити левак по Buchneru пречника 51mm?

Ставка бр. 27 – Да ли је прихватљиво понудити бочу капалицу од 60 ml?

Ставка бр. 57 – Да ли је прихватљиво понудити чашу NF 10 ml?

Ставка бр. 77 – Да ли је прихватљиво понудити екстрактор од 100мили 250ml са траженим шлифовима?

Ставка бр. 88 – Да ли је прихватљиво понудити термометар од -10+360C?

Ставка бр. 94– Molimo да прецирирате дужину I пречник колоне, да ли је са синтером или без I који шриф?

Ставка бр. 96 – Да ли је потребно понудити само pipetu капалјку са gumicom или целу бочу капалицу?

Ставка бр. 99 – Да ли сте мислили на кивету 10mm?

Ставка бр. 103 – Које су димензије кивете?

Ставка бр. 141 - Који пречник левка је потребан ?

Ставка бр. 142 - Који пречник левка је потребан ?

Ставка бр. 162 – Naveli сте три различите запремине као један артикал, молим Вас да их раздвојите јер су цене различите.

Ставка бр. 163 – Molim Вас за каталошки број произвођача.

Ставка бр.191 - Да ли је прихватљиво понудити pipetu по Kipp-u од 20ml?

Ставка бр. 211 – Molim Вас за каталошки број произвођача

Ставка бр.225 – Molim да појасните шта значи лежиште, шта значи KS 29? Исто тако Вас молим за каталошки број произвођача

Ставка бр.233 - Molim за каталошки број, димензије, пречник кивете?

Одговори гласе:

Ставка бр. 17 – Да, прихватљиво је.

Ставка бр. 18 – Да, прихватљиво је.

Ставка бр. 19 – Да, прихватљиво је.

Ставка бр. 27 – Да, прихватљиво је.

Ставка бр. 57 – Не, није прихватљиво.
Ставка бр. 77 – Не, није прихватљиво.
Ставка бр. 88 – Не, није прихватљиво.
Ставка бр. 94– Ставка се брише из Конкурсне документације.
Ставка бр. 96 – Потребно је понудити стаклену капаљку са гумицом без боце.
Ставка бр. 99 – Да.
Ставка бр. 103 – Ставка се брише из Конкурсне документације.
Ставка бр. 141 – Прихватљиво је понудити левак за прихватање дестилата шлиф 29/32, дужина 270 mm
Ставка бр. 142 – Прихватљиво је понудити левак за пуњење пикнометра димензија \varnothing 25mm, дужина 240 mm
Ставка бр. 162 – Прихватамо сугестију и мењамо Конкурсну документацију.
Ставка бр. 163 – Ставка се брише из Конкурсне документације.
Ставка бр.191 - Не, није прихватљиво.
Ставка бр. 211 – Ставка се брише из Конкурсне документације.
Ставка бр.225 – Ставка се брише из Конкурсне документације.
Ставка бр.233 - Димензије стаклене кивете за спаљивање протеина – Кјелдахл су дужине 300mm, а пречника 42 mm.

Наручилац ће у складу са овим додатним информацијама/појашњењима изменити конкурсну документацију.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку