

Број: 020-30-9/6-2

Датум: 18.02.2019. године

**Додатне информације/појашњења број 2
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра – Техничка (прецизна) вага,
редни број набавке: ОПТВ 9/19**

Наручилац је дана 14.02.2019. године од заинтересованог лица, путем електронске поште, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – Техничка (прецизна) вага, редни број набавке: ОПТВ 9/19, у оквиру ког је тражено појашњење.

Питање гласи:

„Замолили бисмо вас да дефинишете термин линеарна калибрација?

Поред тога, да ли је захтевано да вага има интерну или екстерну калибрацију? “.

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 28.01.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор гласи:

Линеарна калибрација подразумева калибрацију у више тачака.

Довољно је да вага има интерну калибрацију.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке