

Број: 020-30-31/8-1

Датум: 28.02.2020. године

**Додатне информације/појашњења број 1
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности услуга
– Сервис лабораторијских уређаја и опреме –
редни број набавке: ЈНМВ 31/20**

Наручилац је дана 26.02.2020. и 27.02.2020. године од заинтересованих лица, путем електронске поште, примио Захтеве за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга – **Сервис лабораторијских уређаја и опреме**, редни број набавке: **ЈНМВ 31/20**, у оквиру којих су тражена појашњења.

Питања гласе:

1. „Поштовани,

У вези јавне набавке за сервис опреме за партије 1 и 4 нису наведени произвођачи. Можете ли ми рећи о којим се произвођачима и моделима уређаја ради?“

2. "Поштовани,

шаљем Вам питања у вези партије 2 сервис аутоклава:

1. да ли је потребно да се испитивање вентила сигурности обави од стране акредитоване лабораторије (није наведено да треба)?

2. да ли је потребно да се еталонирање манометра-вакуумметра обави од стране акредитоване лабораторије (није наведено да треба)?

3. уколико се испитивањем - еталонирањем утврди да наведена опрема није исправна да ли је треба заменити новом?

4. на који притисак се испитује комора аутоклава и да ли је потребно испитивање обавити у просуству акредитованог именованог тела за опрему под притиском?"

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 28.02.2020. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговори гласе:

1. Партија 1 - Произвођач уређаја за РО је Техносам, Суботица. Уређај је ознака TS75BP и израђен је у комплекту са "мешаном" колоном типа MB0717, са уграђеним кондуктометром.

Партија 4 - Произвођач вакуум пумпи и остале карактеристике уређаја следе у наставку:
Произвођач: ELEKTROKOVINA, тип T 80 A 4

T~Mot. IP 44, Δ 220 / Y 380 V
2,77 / 1,6 A, 0,55 kW
cosφ 0,73, 1400 1/min, 50 Hz

2. Испитивања вентила сигурности и манометра – вакуумметра је потребно да се ураде од стране акредитоване куће. Потребно је да понуђач располаже акредитованом лабораторијом или да има закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи са акредитованом лабораторијом.

Уколико се покаже да је испитивана опрема неисправна, замена исте биће реализована другим поступком.

Комора аутоклава се испитује на 4 бара, испитивање коморе је техничка контрола - топла проба.

Ово се појашњење као и измена конкурсне документације, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке