

Број: 020-30-51/8-1

Датум: 22.05.2020. године

**Додатне информације/појашњења број 1
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра
– Намештај за лабораторију –
редни број набавке: ЈНМВ 51/20**

Наручилац је дана 21.05.2020. године од заинтересованог лица, путем електронске поште, примио Захтеве за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – **Намештај за лабораторију**, редни број набавке: **ЈНМВ 51/20**, у оквиру којих су тражена појашњења.

Питање гласи:

„Поштовани,

Молимо Вас да нам доставите појашњења везана за предметну јавну набавку:

Питање 1.

На страни 5/36 конкурсне документације у оквиру дела 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА/2.1. Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, захтевано је да:

“Славине треба да су произведене у складу са стандардима: DIN 12898, EN 13792, ISO 226/1 i DIN 12918.”

Молимо Вас да проверите, да ли је дошло до штампарске грешке код захтеваног стандарда ISO 226/1 који се не односи на славине, већ EN ISO 228/1.

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 22.05.2020. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор гласи:

1. Потенцијални понуђач је у праву када се ради о наводу захтеваног стандарда за славине, т.ј. уместо наведеног стандарда ISO 226/1, треба да стоји ISO 228/1. Наручилац је ову грешку уочио пре него што је примио Захтев за појашњење конкурсне документације и измену конкурсне документације објавио 21.05.2020. године на Порталу јавних набавки и на свом порталу.

Ово се појашњење као и измене конкурсне документације, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке