

Број: 020-30-63/6-1

Датум: 18.06.2020. године

**Додатне информације/појашњења број 1
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра
- АНАЛИЗАТОР ГАСОВА -
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПАГ 63/20**

Наручилац је дана 17.06.2020. године од заинтересованих лица, путем електронске поште, примио Захтеве за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – **Анализатор гасова**, редни број набавке: **ОПАГ 63/20**, у оквиру којих су тражена појашњења.

Питање гласи:

"Поштовани,

Молимо Вас за следећа појашњења конкурсне документације:

У техничкој спецификацији уређаја је наведено да су гасови који се анализирају кисеоник, азот и угљен диоксид.

Сензори које тражите су за мерење кисеоника и угљен диоксида.

Да ли је потребно понудити уређај који мери садржај кисеоника и угљен диоксида, а садржај азота ћете сами прерачунати (уређај аналоган производу Охуbaby М+ или одговарајући)?

Или Вам је потребан уређај који сам ради прерачун на садржај азота и приказује на дисплеју (аналоган производу Охуbaby 6.0)?"

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 18.06.2020. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор гласи:

Потребно је понудити уређај који мери садржај кисеоника и угљен диоксида, а садржај азота ће се добити рачунски (прерачунавањем).

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке