

Број: 020-30-47/6-1  
 Датум: 26.05.2020. године

**Додатне информације/појашњења број 1  
 у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра  
 – Потрошни материјал за лабораторије – лабораторијски материјал и прибор и лабораторијско стаклено  
 посуђе –  
 редни број набавке: ОППМЛ1 47/20**

Наручилац је дана 22.05.2020. године и 25.05.2020. године од заинтересованих лица, путем електронске поште, примио Захтеве за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – Потрошни материјал за лабораторије – лабораторијски материјал и прибор и лабораторијско стаклено посуђе, редни број набавке: ОППМЛ1 47/20, партија бр. 1 – Лабораторијски материјал и прибор и партија бр. 2 – Лабораторијско стаклено посуђе, у оквиру којих су тражена појашњења.

**Питања гласе:**

**ПАРТИЈА 1 - Лабораторијски материјал и прибор**

"Поштовани,  
 Сходно закону о ЈН, молимо Вас да нам доставите појашњења у вези захтева конкурсне документације и то:

**ПИТАЊЕ бр. 1**

На страни 42/65 у позицији 36, наведено је:

р.бр	ОПИС	ПРОИЗВОЂАЧ	јединица мере	количина
36.	КУТИЈА ФАРМАЦЕУТСКА "ПАВЛОВИЋКА" 100МЛ	СОВАПЛАСТ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ	ПАКОВАЊЕ ОД 100 КОМАДА	100

- **Молим Вас појасните, колико комада кутија треба понудити, 100 или 1000?**

**ПИТАЊЕ бр. 2**

На страни 43/65 у позицији 55, наведено је:

р.бр	ОПИС	ПРОИЗВОЂАЧ	јединица мере	количина
55.	NONSTERILE PTFE SYRINGE FILTER MEMBRANE SOLUTIONS 0,45 МИКРОМЕТРА	MACHEREY-NAGEL ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ	ПАКОВАЊЕ ОД 100 КОМАДА	1

- **Молим Вас наведите којег пречника треба да буду филтери.**

**ПИТАЊЕ бр. 3**

На страни 47/65 у позицији 123, наведено је:

р.бр	ОПИС	ПРОИЗВОЂАЧ	јединица мере	количина
123.	држач за електроду од угљеничне пасте унутрашњег пречника 3 мм и 6 мм		кот	1

- **Молим Вас наведите каталоски број, произвођаца и употпуните опис, како би могли да понудимо одговарајући дрзац електрода.**

**ПИТАЊЕ бр. 4**

На страни 48/65 у позицији 130, наведено је:

р.бр	ОПИС	ПРОИЗВОЂАЧ	јединица мере	количина
130.	Балон 60Л са славином	Унијапласт или одговарајућ и	КОМ	1

- **Да ли је прихватљиво понудити балон од 50 литара?**

**ПИТАЊЕ бр. 5**

На страни 50/65 у позицији 155, наведено је:

р.бр	ОПИС	ПРОИЗВОЂАЧ	јединица мере	количина
155.	PP Syringe Filter величина пора 0,2 µm, пречник 33 mm, нестерилни	MACHEREY-NAGEL ILI ODGOVARAJUĆE	паковање од 100 комада	1

- **Молим Вас појасните да ли се мисли на пречник Р 13 мм?**

**ПИТАЊЕ бр. 6**

Како због ситуације изазване вирусом COVID 19, промет рукавицама, маскама и осталом заштитном опремом још увек није успостављен, на нашем тржишту цене рукавица нису формиране и не може се гарантовати рок испоруке. Молимо Вас да док се не успостави редовно снабдевање заштитном опремом, размотрите могућност да се због комплетирања остатка понуде, издвоје у посебну партију рукавице наведене у следећим позицијама:

65.	РУКАВИЦЕ Л СА ПУДЕРОМ	LLG ILI ODGOVARAJUĆE	ПАКОВАЊЕ ОД 100 КОМАДА	7
66.	РУКАВИЦЕ ЛАТЕКС, Л, БЕЗ ПУДЕРА	LLG ILI ODGOVARAJUĆE	ПАКОВАЊЕ ОД 100 КОМАДА	9
67.	РУКАВИЦЕ НИТРИЛНЕ М 7- 8, ПЛАВЕ	LLG ILI ODGOVARAJUĆE	ПАКОВАЊЕ ОД 100 КОМАДА	8
68.	РУКАВИЦЕ НИТРИЛНЕ М	LLG ILI ODGOVARAJUĆE	ПАКОВАЊЕ ОД 200 КОМАДА	6
69.	РУКАВИЦЕ НИТРИЛНЕ С 6- 7, ПЛАВЕ	LLG ILI ODGOVARAJUĆE	ПАКОВАЊЕ ОД 100 КОМАДА	6
85.	VINYL EXAMINATION GLOVES, SIZE XL, NOT ST	LLG ILI ODGOVARAJUĆE	КОМ	1

**ПАРТИЈА 2 - Лабораторијско стаклено посуђе**

"Поштовани,

Молим Вас за додатне информације:

Партија 2, Ставка 10 – да ли је потребно понудити бирету по Pellet-и или бирету по Mohr-и?

Партија 2, Ставка 14 – да ли је одговарајуће понудити бочицу од 60ml?

Партија 2, Ставка 15 – да ли је одговарајуће понудити боцу по Winkler-и 500-600мл?

Партија 2, Ставка 17 – да ли је потребно понудити боцу са стакленим или са пластичним прикључком?

Партија 2, Ставка 42 – да ли је одговарајуће понудити чашу запремине 10ml NF?

Партија 2, Ставка 56 – да ли је одговарајуће понудити ексикатор пречника 400mm?  
Партија 2, Ставка 57 – да ли је одговарајуће понудити ексикатор пречника 300mm?  
Партија 2, Ставка 58 – да ли је одговарајуће понудити ексикатор пречника 210mm?  
Партија 2, Ставка 59 – да ли је одговарајуће понудити ексикатор пречника 240mm?  
Партија 2, Ставка 60 – да ли је одговарајуће понудити ексикатор пречника 210mm? Да ли треба понудити ексикатор са поклопцем на славини?  
Партија 2, Ставка 71 – да ли је одговарајуће понудити "kjeldahl" тиквицу од 30ml?  
Партија 2, Ставка 72 – да ли је одговарајуће понудити клипну пипету градуисану АС класе без лот сертификата?  
Партија 2, Ставка 73 - да ли је одговарајуће понудити клипну пипету градуисану АС класе без лот сертификата?"

"Поштовани,

Молим вас појашњење:

Партија 2, Ставке 72 и 73 – да ли под "одмерна пипета" подразумевате градуисану или трбушасту пипету?  
Партија 2, Ставка 120 – да ли под "пикнометар" подразумевате пикнометар по Геј-Лисаку?  
Партија 2, Ставка 127 - Ставка 136 - да ли под "пипета одмерна" подразумевате градуисану или трбушасту пипету?"

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 26.05.2020. године, додатне информације/појашњења, како следи:

**Одговори гласе:**

#### **ПАРТИЈА 1 - Лабораторијски материјал и прибор**

Одговор бр. 1 – "КУТИЈА ФАРМАЦЕУТСКА "ПАВЛОВИЋКА" 100ML" – потребно је понудити 100 комада.

Одговор бр. 2 – "NONSTERILE PTFE SYRINGE FILTER MEMBRANE SOLUTIONS 0,45 MIKROMETARA" – филтери треба да буду пречника 25 мм

Одговор бр. 3 – "држач за електроду од угљеничне пасте унутрашњег пречника 3 мм и 6 мм" - ставка се брише из спецификације.

Одговор бр. 4 – " Балон 60L са славином" – дозвољено је понудити балон запремине 50 литара.

Одговор бр. 5 – "PP Syringe Filter величина пора 0,2 μm, пречник 33 mm, нестерилни" – потребно је понудити филтер пречника 33 мм. Биће прихватљиво уколико понуђач понуди филтер пречника од 25 мм.

Одговор бр. 6 – Наручилац не може прихватити предлог потенцијалног понуђача и издвојити наведене артикле у посебну партију или посебну набавку.

## **ПАРТИЈА 2 - Лабораторијско стаклено посуђе**

Партија 2, Ставка 10 – потребно је понудити бирету по Mohr-у.

Партија 2, Ставка 14 – прихватљиво је уколико понуђач понуди бочицу од 60ml.

Партија 2, Ставка 15 – прихватљиво је уколико понуђач понуди боцу по Winkler-у 500-600мл.

Партија 2, Ставка 17 – потребно је понудити боцу са стакленим прикључком.

Партија 2, Ставка 42 – није прихватљиво понудити чашу запремине 10ml NF.

Партија 2, Ставка 56 – прихватљиво је уколико понуђач понуди ексикатор пречника 400mm.

Партија 2, Ставка 57 – прихватљиво је уколико понуђач понуди ексикатор пречника 300mm.

Партија 2, Ставка 58 – прихватљиво је уколико понуђач понуди ексикатор пречника 210mm. Ексикатор је без славине.

Партија 2, Ставка 59 – прихватљиво је уколико понуђач понуди ексикатор пречника 240mm.

Партија 2, Ставка 60 – прихватљиво је уколико понуђач понуди ексикатор пречника 210mm, са поклопцем на славини?

Партија 2, Ставка 71 – прихватљиво је уколико понуђач понуди "kjeldahl" тиквицу од 30ml.

Партија 2, Ставка 72 – прихватљиво је уколико понуђач понуди клипну пипету градуисану АС класе без лот сертификата.

Партија 2, Ставка 73 - прихватљиво је уколико понуђач понуди клипну пипету градуисану АС класе без лот сертификата.

Партија 2, Ставке 72 и 73 – подразумева се градуисана пипета.

Партија 2, Ставка 120 – подразумева се пикнометар по Геј-Лисаку.

Партија2, Ставке од 127 до 136 - под “пипета одмерна” подразумева се градуисана пипета.

Ово се појашњење као и измене конкурсне документације, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке