

Број: 020-30-13/6-2

Датум: 13.02.2020. године

**Додатне информације/појашњења број 2
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра
– Аналитичка вага –
редни број набавке: ОПАВ 13/20**

Наручилац је дана 11.02.2020. године од заинтересованог лица, путем електронске поште, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – **Аналитичка вага**, редни број набавке: **ОПАВ 13/20**, у оквиру ког је тражено појашњење.

Питања гласе:

ПИТАЊЕ бр. 1

На страни 4/28 у техничкој спецификацији захтевате аналитичку вагу спољашњих димензија (Д x Ш x В) 380x310x320 mm.

Да ли је прихватљиво понудити аналитичку вагу чије су димензије кућишта (DхŠхV) 310x230x330 mm?

ПИТАЊЕ бр. 2

На страни 4/28 техничка спецификација захтевате да аналитичка вага има димензије осветљен LCD, висина 19,6 mm.

Да ли је прихватљиво понудити аналитичку вагу која има осветљен LCD екран и изражену висину цифара 14 mm?

ПИТАЊЕ бр. 3

На страни 4/28 техничка спецификација захтевате аналитичку вагу тежине 9,4 kg. Да ли је прихватљиво понудити аналитички вагу тежине 4,4 kg?

ПИТАЊЕ бр. 4

На страни 4/28 техничка спецификација захтевате да аналитичка вага има изражене мерне јединице: st, g, mg. Да ли је прихватљиво понудити аналитичку вагу која има изражене мерне јединице: st, g, oz, lb?

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 13.02.2020. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговори гласе:

1. Прихватљиве су и димензије ваге 310x230x330 mm.
2. Прохватљив је осветљен LCD екран и изражена висину цифара 14 mm.
3. Прихватљиво је понудити аналитичку вагу тежине 4,4kg.
4. Прихватљиво је понудити аналитичку вагу која има изражене мерне јединице: ct, g, oz, lb.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке