

Број: 020-30-57/7-1

Датум: 16.06.2020. године

**Додатне информације/појашњења број 2
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку добра
- НРЛС КОЛОНА С18 - за потребе Пројекта Фонда за иновациону делатност -
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПЛЦ 57/20**

Наручилац је дана 15.06.2020. године од заинтересованих лица, путем електронске поште, примио Захтеве за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – **НРЛС Колона С18- за потребе Пројекта Фонда за иновациону делатност**, редни број набавке: **ОПЛЦ 57/20**, у оквиру којих су тражена појашњења.

Питање гласи:

Поштовани,

Молимо Вас да нам доставите појашњења везана за предметну јавну набавку :

Питање 1.

На страни 4/25 конкурсне документације у оквиру дела 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, захтевано је да :

“2.3. Гарантни рок:

Минимални гарантни рок за испоручена добра је 24 месеца од датума потписивања записника о примопредаји. Понуђач је у обавези да у гарантном року отклони све рекламације без накнаде.”

Молимо Вас да проверите исправност овог захтева, јер ХЛПЦ колоне не представљају резервни већ потражни део на који се не даје гаранција. “Радни век” ХЛПЦ колоне искључиво зависи од оператера, односно чистоће аналита који се кроз њу елуира, чистоће растварача кој кроз њу пролазе, температуре, пХ... и многих других параметара који не зависе од произвођача колоне и квалитета њене израде. Сматрамо да овај услов из наведених разлога треба изоставити. Надамо се да ћете прихватити нашу сугестију.”

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 16.06.2020. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор гласи:

Наручилац прихвара сугестију заинтересованог понуђача и услов у погледу гарантног рока брише из конкурсне документације.

Ово се појашњење, као и измена конкурсне документације сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке